

**Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»
по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 25-К/14
на право заключить договор на поставку стоматологической установки**

г. Иркутск

«18» июня 2014 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская орден «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 25-К/14 на право заключить договор на поставку стоматологической установки.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 25-К/14 на право заключить договор на поставку стоматологической установки были размещены на сайте <http://www.zakupki.gov.ru> от 09.06.2014 г. (№ 31401232647).

Закупочная комиссия в составе:

Член комиссии	Роль	Должность	Статус
Петр Евлампьевич Дудин	Председатель комиссии	Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»	Присутствует
Евгений Радионович Саратов	Член комиссии	Начальник технического отдела	Присутствует
Сергей Викторович Витенко	Член комиссии	Инженер технического отдела	Отсутствует
Галина Анатольевна Подьяблонская	Член комиссии	Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует
Яна Эдвардовна Глиензовская	Член комиссии	Начальник отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Глиензовская Я.Э. уполномочена Председателем на выполнение функции секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

I. Сведения о существенных условиях договора

1. Наименование поставляемого товара: поставка стоматологической установки

2. Характеристики и количество поставляемого товара:

№п/п	Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара	Требуемая функция или величина параметра
I	Стоматологическая установка	1 шт.
	В составе:	
	1. Кресло пациента	1 шт.
1.1	Бесшовная обивка	наличие
1.2	Подголовник с двойной артикуляцией	наличие
1.3	Левый и правый подлокотники	наличие
1.4	Необходимость фиксации к полу	отсутствие
1.5	Электромеханический привод	наличие
1.6	Управление движением кресла ножным джойстиком, расположенным на педали	наличие
1.7	Правый подлокотник откидной	наличие
	2. Блок наконечников и панель инструментов	1 шт.
2.1	Нижняя подача с прямыми шлангами	наличие
2.2	Цельно литой держатель на 5 выходов	наличие
2.3	4 инструмента на блоке: трехфункциональный водо-воздушный пистолет; шланг для электромикромотора, пневмо шланг (типа Midwest 6 с подсветкой) пневмо шланг (типа Midwest 4)	наличие
2.4	Пневмофиксация блока наконечников	наличие
2.5	Пантографическое плечо	наличие
2.6	регуляторы воздушно-водной смеси на блоке инструментов	наличие
2.7	регуляторы давления на каждый инструмент.	наличие
2.8	регулятор давления воды и воздуха на пистолет	наличие
2.9	Фильтр на сдувку отработанного воздуха с наконечников	наличие
2.10	Индикатор рабочего давления в наконечниках	наличие
2.11	Дополнительная электропроводка в блок инструментов	наличие
2.12	Металлическое исполнение тубинга шлангов	наличие
2.13	Негатоскоп	наличие
2.14	Возможность управления креслом с панели инструментов	наличие

2.15	Не менее пяти запрограммированных положения кресла	наличие
2.16	Электронное управление смывом плевательницы и набором воды в стакан	наличие
2.17	Кнопка включения подсветки на наконечник	наличие
2.18	Включение/выключение автоматического подогрева воды	наличие
2.19	Кнопка включения светильника	наличие
2.20	Кнопка программирования	наличие
2.21	Кнопка включения негатоскопа	наличие
2.22	Трей столик для инструмента	наличие
3. Осветитель		1 шт.
3.1	Съемный плафон светильника	наличие
3.2	Система регулировки светового пятна	наличие
3.3	Бестеновой отражатель	наличие
4. Гидроблок		1 шт.
4.1	Керамическая чаша	наличие
4.2	Система подачи чистой воды.	наличие
4.3	Фильтр тонкой очистки в центральной системе подачи воды.	наличие
4.4	Регулятор входного давления воздуха с влагоотделителем	наличие
4.5	Манометр входного давления воздуха	наличие
4.6	Регулятор давления в автономной системе подачи воды	наличие
4.7	Колодка для подключения дополнительного оборудования	наличие
4.8	Система автоматического подогрева воды	наличие
4.9	Возможность смены воды в автономной системе, без выключения компрессора	наличие
4.10	Слюноотсос ижекционного типа	наличие
4.11	Фильтр-уловитель в системе слюноотсоса	наличие
4.12	Гофра гидроблока подключается под кресло	наличие
4.13	Блок электропредохранителей	наличие
4.14	Пылесос ижекционного типа с регулировкой мощности	наличие
4.15	Фильтр-уловитель в системе пылесоса	наличие
4.16	Пистолет вода-воздух ассистента	наличие
4.17	Блок ассистента поворотный, с держателем на 4-е инструмента	наличие
4.18	Кнопки управления смывом плевательницы, набором стакана, светильника, возврат кресла в исходное положение	наличие
4.19	Фильтр-уловитель плевательницы	наличие
5. Стул стоматолога		1 шт.
5.1	Подъем и опускание сиденья с помощью пневмоцилиндра	наличие
5.2	Регулировка высоты стула по всей окружности основания	наличие
5.3	Бесшовная обивка	наличие
6. Педаль		1 шт.
6.1	Джойстик управления креслом	наличие
6.2	Рычагообразная кнопка управления запрограммированными положениями кресла	наличие
6.3	Кнопка включения набора воды в стакан	наличие
6.4	Кнопка продувки инструмента	наличие
6.5	Управление инструментами с плавной регулировкой	наличие
6.6	Кнопка включения/выключения подачи воды на инструмент	наличие
7. Электродвигатель		1 шт.
7.1	Напряжение питания, Вольт	Не более 24
7.2	Крутящий момент на валу, мНм	Не менее 40
7.3	Максимальная частота вращения на валу в режиме холостого хода, об/мин	Не менее 40000
7.4	Максимальная потребляемая мощность, Вт	72
8. Наконечник турбинный кнопочный		1 шт.
8.1	Широкий диапазон величины рабочего приводного давления воздуха, бар	от 2,1 до 4,2
8.2	Максимальная скорость вращения бора на холостом до 400'000 об/мин	наличие
8.3	Кнопочная фиксация бора	наличие
8.4	Четырехточечный внутренний спрей	наличие
8.5	Идентификатор на корпусе о возможности тепловой дезинфекционной	наличие

	обработки	
8.6	Мощность, Вт	15
8.7	Пониженные показатели шума, Дб	не более 64
8.8	Мандрен	наличие
8.9	Гладкое, с углублениями покрытие наконечника для лучшего удержания	наличие
8.10	Длина наконечника, мм	не более 122
8.11	Сочетание углов наклона головки к ручке наконечника не более 100° головка/не более 19° корпус для облегченного доступа к дальним зубам	наличие
8.12	Керамические подшипники	наличие
8.13	Мощность зажима цанги, Н	32
8.14	Двойная блокировка обратного всасывания контаминированного спрея в магистрали наконечника	наличие
8.15	Соединение наконечника типа Midwest	наличие
8.16	Высота головки, мм	не более 14,5
8.17	Вес наконечника, гр	не более 60
8.18	Диаметр головки, мм	не более 12,5
	9. Наконечник угловой кнопочный	1 шт.
9.1	Без спрея	наличие
9.2	Головка наконечника цельно литая	наличие
9.3	Скорость вращения, об/мин	не менее 40000
9.4	Индикатор синего цвета для обозначения наконечника	наличие
9.5	Кнопочная фиксация бора	наличие
	10. Компрессор безмаслянный	1 шт.
10.1	Автоматическая система охлаждения компрессора	наличие
10.2	Сила шума, Дб	не более 45
10.3	Защита мотора от пониженного напряжения.	наличие
10.4	Диапазон работы, атмосфер	от 4,5 до 6
10.5	Производительность, л/мин	не менее 70
10.6	Объем ресивера, л	не более 10
10.7	Манометр рабочего давления.	наличие
10.8	Система сброса конденсата на гибком шланге.	наличие
10.9	Защитный клапан аварийного сброса давления.	наличие
10.10	Звукоизолирующий шкаф с вентиляционным отверстием.	наличие
10.11	Фильтрационная система на входе компрессора.	наличие

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2013 года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество (сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).

Срок гарантии Поставщика на оборудование не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

Поставщик обязан осуществить настройку, регулировку, ввод в эксплуатацию оборудования и техническое обслуживание в период гарантии, произвести обучение (инструктаж) персонала Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации оборудования и устранения неполадок в рамках руководства по эксплуатации.

В случае, если в столбце «Требуемая функция или величина параметра»:

- указано (не более, не менее, или), то участнику закупки при подготовке заявки на участие в запросе цен (котировок) следует указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара;

- указано (наличие, конкретная цифра) участник закупки указывает «наличие», конкретную цифру;

- указано (от __ до __) участник закупки указывает диапазон «от __ до __»

3. Требования к качеству товара:

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество (сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100. Поставка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка, ввод в эксплуатацию осуществляются в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Срок поставки оборудования с учетом ввода в эксплуатацию и обучения персонала: в течение 30 календарных дней момента заключения договора.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 219990,00 (двести девятнадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость упаковки, маркировки, транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации) погрузо-разгрузочных работ, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты: Оплата производится с момента подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее 31.12.2014 года. При наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку и приемку оборудования.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

II. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 18 июня 2014 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 10. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие в запросе цен (котировок), в порядке и на основании, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения:


Наименование участника закупки	ООО «Блик-Трейд»
Регистрационный номер заявки	Вх. № 52 от 16.06.2014 г. в 16-12.
Место нахождения	664011, г. Иркутск, ул. Горького, д.27 А, оф.10
ИНН / ОГРН	ИНН 3808077225 ОГРН 1023801029163
Телефон/факс	8 (3952) 20-09-82
Цена договора (руб.)	214072,00
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ, отклонена Документацией о проведении запроса цен (котировок) №25-К/14 на право заключить договор на поставку стоматологической установки установлены требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: «...Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен (котировок), должны быть прошиты (скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц) ...». После этого должна быть проведена сквозная нумерация всех без исключения страниц заявки. В представленной заявке на участие в запросе цен (котировок) данное требование не исполнено. Заявка не содержит нумерации документов, поданных в составе заявки.
ГОЛОСОВАЛИ	ЗА единогласно

Так как к сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок), была подана только одна заявка, Закупочная комиссия рассмотрела ее на соответствие требованиям, установленным в документации извещении о проведении запроса цен (котировок), и, руководствуясь п. 7.6.10 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., и приняла следующее решение: заявка не соответствует установленным требованиям, запрос цен (котировок) признается несостоявшимся.

Голосовали: ЗА единогласно

В соответствии с п.7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru>


Петр Евлампьевич Дудин



(подпись)

Председатель комиссии


Евгений Радионович Саратов



(подпись)

Член комиссии

Сергей Викторович Витенко

(подпись)



Член комиссии

Галина Анатольевна Подъяблонская

(подпись)

Член комиссии

Яна Эдвардовна Глиензовская



(подпись)

Член комиссии, секретарь