

**Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме № 11-АУКЦ/16
на право заключить договор на поставку
оборудования для мойки и дезинфекции с принадлежностями**

г. Иркутск

«15» августа 2016 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Извещение и документация о проведении открытого аукциона в электронной форме № 11-АУКЦ/16 на право заключить договор на поставку оборудования для мойки и дезинфекции с принадлежностями были размещены на сайте <http://www.zakupki.gov.ru> от 19.07.2016 г. (№ 31603900270), а также на электронной торговой площадке <http://utp.sberbank-ast.ru/> (SBR003-1607190005)

Закупочная комиссия (приказ № 479 от 19.07.2016 г.) в составе:

Член комиссии	Роль	Должность	Статус
Петр Евлампьевич Дудин	Председатель комиссии	Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»	Присутствует
Галина Анатольевна Подъяблонская	Заместитель председателя комиссии	Начальник отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует
Евгений Радионович Саратов	Член комиссии	Начальник технического отдела	Присутствует
Владлена Дмитриевна Павлюк	Член комиссии	Заместитель главного врача по работе со средним медицинским персоналом и эпидемиологическим вопросам	Присутствует
Мария Ивановна Комелькова	Член комиссии	Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует
Екатерина Леонидовна Шляхтенко	Член комиссии	Экономист отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует
Наталья Сергеевна Кудрявцева	Член комиссии	Экономист ЦПМУ и ДМС	Присутствует
Ольга Александровна Павлухина	Член комиссии	Экономист ЦПМУ и ДМС	Присутствует

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Комелькова М.И. уполномочена Председателя комиссии на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

1. Сведения о существенных условиях договора

1. Наименование поставляемого товара: оборудование для мойки и дезинфекции с принадлежностями

2. Характеристики и количество поставляемого оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Требования к функциональным и техническим характеристикам оборудования	Единица измерения	Количество
1.	оборудования для мойки и дезинфекции с принадлежностями	Приложение №1	комплект	1

№ п/п	Наименование оборудования/описание параметров	Требуемая функция или величина параметра
	Ододверная моечная машина из нержавеющей стали с откидной дверью	Наличие
	Область применения	для мойки и дезинфекции хирургического, МИХ инструмента
	Технические требования	
	Отдельно стоящий прибор с крышкой	наличие
	Возможность установки прибора на полу или встраивания в существующий комплекс оборудования	наличие
	Рабочая камера из нержавеющей стали с двумя уровнями загрузки	наличие
	Объем рабочей камеры	не менее 130 л
	Встроенная система конденсации пара	Наличие
	Циркуляционный насос производительностью,	не менее 400 л/мин
	Встроенная система сушки горячим воздухом с вентилятором	наличие
	Производительность системы сушки,	не менее 60 м ³ / час
	Температурный диапазон системы сушки с шагом регулирования 1 ⁰ С	не менее 50 не менее 99 ⁰ С
	Настройка времени сушки	не менее 1 не менее 99 мин
	Оснащение системы сушки фильтром взвешенных частиц HEPA S-класса H12, степень очистки > 99,5% со сроком службы,	не менее 100 часов
	Встроенная профессиональная система смягчения воды для холодной и горячей воды, рассчитанная на температуру воды, в .	Не более 20 и не более 70 ⁰ С

Наличие 4-х ступенчатой системы фильтрации моющего раствора, состоящей из фильтра-вставки, фильтра грубой очистки, фильтра стеклянного боя, микрофильтра тонкой очистки	наличие
Наличие коромысел-распылителей моющего раствора	не менее 2
Микропроцессорная система управления со стандартными программами мойки	наличие
Количество программ в системе управления	не менее 17
Возможность изменения параметров процесса мойки: температура и время	наличие
Возможность установки индивидуальных программ	наличие
Стандартная программа дезинфекции для повседневной бережной мойки и дезинфекции инструмента, для выполнения общих гигиенических требований в соответствии с EN ISO 15883 и ГОСТ Р ИСО 15883 90°C (+5°C, - 0°C) и временем воздействия,	не менее 5 мин.
Панель управления и дисплей расположены на корпусе машины, а не на дверце машины	Наличие
Автоматическая блокировка двери во время цикла дезинфекции	наличие
Отображение температуры внутри рабочей камеры на дисплее	наличие
Индикация хода выполнения программы и неисправностей	наличие
Индикация температуры и времени выполнения программы	наличие
Индикация окончания программы, визуальный и акустический сигнал	наличие
Два датчика температуры для регулирования избыточной температуры и контроля над ней	наличие
Разъем для обслуживающих и ремонтных работ	наличие

	Система контроля и защиты от протечек	наличие
	Отключение при пиковой нагрузке	наличие
	Защита при аварийном прерывании программы	наличие
	Подключение холодной, горячей воды для мойки; холодной воды для конденсатора пара и дистиллированной (обессоленной) воды для последнего ополаскивания	наличие
	Дозирующее устройство для моющих средств	наличие
	Дозирующее устройство для жидких средств для ополаскивания	наличие
	Дозирующий насос для жидких средств нейтрализации	наличие
	Соответствие программ мойки российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 15883-1/2	наличие
	Габариты дезинфектора	
	Высота	не более 850 мм
	Ширина	не менее 900 мм
	Глубина	не более 700 мм
	Вес нетто	не менее 95 кг
	Максимальная потребляемая мощность	не более 10,0 кВт
	Защита заблокированного слива для предотвращения утечки и минимизации риска реконтаминации (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008) за счет наличия не возвратного клапана слива в комплекте.	наличие
	Возможность аварийного открывания двери при длительном отключении электроэнергии для разгрузки инструмента из моечной камеры и последующей экстренной обработки другим способом	наличие
	Отдельный штуцер для подачи очищенной (дистиллированной, обессоленной) воды	наличие
	Требование к заливным шлангам (с учетом периодических гидравлических испытаний), рабочий диапазон:	

Цена договора включает стоимость Оборудования в полной комплектации, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой оборудования до места поставки (эксплуатации), проведения работ по настройке, установке (монтажу), регулировке и сдаче в эксплуатацию, внесение изменений в конструктив по месту монтажа, техническое обслуживание в период гарантии, обучения (инструктаж) персонала, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на оборудование, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

7. Срок и условия оплаты:

Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата производится по факту поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в течение 90 (девяносто) банковских дней с момента подписания обеими сторонами надлежаще оформленного Акта ввода в эксплуатацию оборудования.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.

2. Место, дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме

Открытый аукцион в электронной форме проведен 15.08.2016 г. с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 37 мин. на электронной торговой площадке <http://utp.sberbank-ast.ru/>.

В открытом аукционе приняли участие следующие участники закупки, признанные участниками аукциона:

Наименование участника закупки	ООО «Медиус»	ООО «Компания Киль-Иркутск»	ООО «МК ВИТА-ПУЛ»
Регистрационный номер заявки	№ 1 от 09.08.2016 г. 08 ч. 57 мин. (время московское)	№ 2 от 09.08.2016 г. 11 ч. 41 мин. (время московское)	№ 3 от 09.08.2016 г. 12 ч. 06 мин. (время московское)

В ходе открытого аукциона в электронной форме были сделаны следующие предложения о начальной цене договора:

Наименование участника закупки	ООО «МК ВИТА-ПУЛ»	ООО «Медиус»	ООО «Компания Киль-Иркутск»
Минимальное предложение о цене договора	1355900,00	1365000,00	1547000,00


В соответствии с п.п 7.4.15.7, 7.4.16 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., победителем открытого аукциона в электронной форме признать ООО «МК ВИТА-ПУЛ», заключить договор с победителем по цене 1355900,00 рублей.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

В соответствии с п.п 7.4.16 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru>

Петр Евлампьевич Дудин


Галина Анатольевна Подьяблонская



Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Мария Ивановна Комелькова



Член комиссии, секретарь

Евгений Радионович Саратов



Член комиссии

Владлена Дмитриевна Павлюк



Член комиссии

Екатерина Леонидовна Шляхтенко



Член комиссии

Наталья Сергеевна Кудрявцева



Член комиссии

Ольга Александровна Павлухина



Член комиссии